



دائرة اللوازم والمشتريات

عطاء رقم (T31 /2018.19)

أجهزة مختبر الدوائر الكهربائية والإلكترونيات

2018, 2019



عطاء اجهزة مختبر الدوائر الكهربائية والالكترونيات

وثائق العطاء:

أ- الجزء الأول:

(1) دعوة العطاء

(2) الشروط والتعليمات التنظيمية للعطاء

(3) طريقة الدفع

ب- الجزء الثاني:

(1) جدول الكميات ومواصفات الفنية



الجزء الأول (1)

إعلان طرح عطاء رقم (T31/2018.19)**عطاء أجهزة مختبر الدوائر الكهربائية والإلكترونيات**

تدعو الجامعة العربية الأمريكية الشركات المختصة الى المشاركة في العطاء المذكور أعلاه.
يمكن الاستفسار أو الحصول على وثائق العطاء من دائرة اللوازم والمشتريات في الجامعة/ مبنى الدوائر الإدارية الطابق الثاني، هاتف- 04 2418888- تحويلة 1488 فاكس 04 2510972 بريد الكتروني pnp@aaup.edu مقابل مبلغ غير مسترد مقداره (100) دولار تدفع في إحدى البنوك المعتمدة وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2019/4/11

ملاحظات :

1. تقديم عرضين: فني ومالي، وسيتم دراسة العروض فنياً ومالياً لاختيار العرض المناسب.
2. آخر موعد لتسليم العطاءات هو في تمام الساعة الثانية من يوم السبت 2019/4/27 ولنفس المكان.
3. يجب تقديم كفالة دخول عطاء 5% من قيمة العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق لصالح الجامعة العربية الأمريكية .
4. الأسعار بالدولار وتشمل جميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة وعلى المورد تقديم الفواتير الضريبية وشهادة خصم المصدر.
5. الجامعة غير ملزمة بأقل الأسعار وبدون إبداء الأسباب.
6. رسوم الاعلان على من يرسو عليه العطاء.



(2)

الشروط والتعليمات التنظيمية للطاء

1. على جميع المشاركين في العطاء الالتزام التام بهذه الشروط والتعليمات، وهي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أي أمر شراء أو عقد يبرم مع المشارك الفائز ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في أمر الشراء أو العقد.
2. في هذه الشروط والتعليمات يرمز إلى "الجامعة العربية الأمريكية بالاختصار (AAUP)".
3. يجب أن تكون الشركة المتقدمة للطاء مسجلة رسمياً ومشتغلاً مرخصاً.
4. تقدم الأسعار بالدولار شاملاً لجميع الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (VAT).
5. يلتزم المشارك الفائز بتقديم شهادات خصم المصدر والفواتير الضريبية اللازمة وأية مستندات قانونية أخرى تغطي عملية الشراء.
6. يجب أن تشمل الأسعار على جميع المصاريف المطلوبة من النقل والتركيب والتشغيل والفحص والصيانة والتدريب في المواقع المحددة في جدول المواصفات والكميات المرفق.
7. يجب أن تكون الأسعار المقدمة سارية المفعول لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ تقديم العرض.
8. على المشارك الفائز تقديم كفالة حسن تنفيذ خلال أسبوع من تاريخ الاتفاقية بحيث تعادل (10%) من قيمة الاتفاقية على شكل كفالة بنكية صادرة عن إحدى البنوك العاملة في فلسطين أو شيك مصدق صادر لصالح "الجامعة العربية الأمريكية".
9. إذا تخلف المناقص الفائز عن تقديم كفالة حسن التنفيذ عن الموعد المحدد في البند السابق فإنه يحق لـ (AAUP) إلغاء الإحالة.
10. تعاد كفالة حسن التنفيذ بعد استكمال التوريد وجميع شروط العقد أو أوامر الشراء وبموجب الوثائق الأصولية اللازمة للاستلام.
11. على المشاركين في العطاء ارفاق كتالوجات عن المنتج.
12. يلتزم من يرسو عليه العطاء بدفع غرامة تأخير بواقع (0.1%) عن كل يوم تأخير من قيمة الأعمال المنجزة عن الوقت المحدد في الاتفاقية، ويتم احتساب هذه الغرامات من الدفعات المستحقة له أو من كفالة حسن التنفيذ.
13. يحق لـ (AAUP) إلغاء العطاء دون إبداء الأسباب كما أن (AAUP) غير ملزمة بإحالة العطاء على أقل العروض سعراً دون إبداء الأسباب. ولها أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة لها دون أن يكون لأي من المشاركين الحق في الرجوع إليها بأي خسارة أو ضرر ناجم عن تقديم عرضه ولا يترتب على (AAUP) أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك.



14. يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم كفالة بنكية (صيانة) بقيمة (5%) من قيمة الأعمال المنجزة صالحة لمدة عام من تاريخ تسليم الأعمال.
15. على المشارك في العطاء تقديم عرضه على أساس المواصفات الفنية المبينة في وثائق العطاء وبموجب الكميات المحددة في جدول الكميات المرفق.
16. لا يجوز للمشارك في العطاء أن يتنازل لأي طرف آخر عن كل أو جزء من أمر الشراء دون الحصول على إذن خطي من (AAUP) مع الاحتفاظ بكامل حقوق (AAUP) وفقاً لشروط أمر الشراء.
17. عند دراسة العروض يؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية وقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء وخبرته في تقديم اللوازم المطلوبة والسمعة التجارية والتسهيلات التي يقدمها ويجوز استبعاد عرضه لنقص كل أو بعض هذه المتطلبات.
18. لا تقبل العروض أو التعديلات التي ترد بعد التاريخ والموعده المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.
19. يجب تعبئة جداول المواصفات المرفقة و لن ينظر بأي عرض لا يلتزم بتعبئة الجداول.

- ❖ ويسمح بتقديم عرضان اثنان فقط كحد اقصى لكل بند
- ❖ يجب تقديم عرضي الاسعار الفني والمالي بنسختين: الأولى ورقية، والأخرى الكترونية (محوسية).
- ❖ تقديم العرضين المالي والفني الورقيين بالظرف المختوم، مع ضرورة وضع ختم الشركة والتوقيع على كل الصفحات (للعرض المالي بالذات)



(3)

طريقة الدفع

خلال (90) يوماً من التوريد والقبول والاستلام النهائي، مقابل تقديم الكفالات المطلوبة.



الجزء الثاني

1. جدول الكميات والمواصفات الفنية
عطاء أجهزة مختبر الدوائر الكهربائية والإلكترونيات

#	Name	Characteristics	unit	Qty	Unit Price USD	Total Price USD
1	Channel Power Supply GPS-3303 GW instek GPS-3303	4 Independent Isolated Output	each	6		
		Four "3 Digits" LED Displays				
		0.01% Load and Line Regulation				
		Low Ripple and Noise				
		Tracking Operation and Auto Series/Parallel Operation				
		Output ON/OFF Switch				
		Output Voltage and Current Setting When Output Disable				
		Fan Speed Control Circuit to Minimize Fan Noise				
		Over Load and Reverse Polarity Protection				
		Optional European Jack Type Terminal				
2	Function Generator (25MHz frequency bandwidth with 1uHz resolution GW instek AFG-2225	Wide Frequency Ranges From 1μHz to 25MHz (sine/square wave)	each	4		
		1 μHz Resolution in Full Range				
		Built-in Standard 120MSa/s, 10bit, 4k Points Arbitrary Waveform for Both Channels				
		True Dual-Channel Output, CH2 Provides the Same Characteristics as CH1				
		Couple, Tracking, Phase Operations of Dual Channel are Supported				
		1% ~ 99% Adjustable Duty Cycle for Square Waveform				
		High Resolution and Colored TFT LCD with Friendly User Interface				
		Multiple Editing methods to Edit Arbitrary Waveform Easily				
		Built-in Standard AM/FM/PM/FSK/SUM/Sweep/Burst and Frequency Counter				
		USB Host/Device Interface for Remote Control and Waveform Editing				



#	Name	Characteristics	unit	Qty	Unit Price USD	Total Price USD
3	Oscilloscope Tektronix (TDS2022C) Tektronixor TDS2022C	200 MHz Bandwidth Models 2-channel Model Up to 2GS/s Sample Rate on All Channels 2.5k point Record Length on All Channels Advanced Triggers including Pulse Width Trigger and Line-selectable Video Trigger	each	4		
4	Power Quality Analyzer	Analysis of a network of 3 phases / 4 conductors, 3 phases / 3 conductors, 1 phase / 2 conductors, 1 phase / 3 conductors - Measures effective real value (V 123 and I 123) - Measures active power (W, KW, MW, GW) - Measures apparent and reactive power (KVA, KVAR) - Power Factor (PF), phase angle (Φ) - Measures energy and work (Wh, KWh, KVARh, PFh) - Measures current from 0.1 mA to 3000 A - LCD Display - internal memory for recordings saving - SD card memory - programmable intervals to save data - Average power (AD in W, KW, MW) Maximum power (MD in W, KW, MW) with the programmable period - Analysis of harmonic distortion up to a curvature of 99 - Indication of up to 50° form of harmonic wave - Analysis of absolute distortion (%THD-F) - USB interface for PC connection - Integrated timer and calendar to record data	each	1		
Total						

في حالة وجود استفسار يرجى تزويدنا بها من خلال البريد الالكتروني للرد عليها pnnp@aaup.edu

