

Q198-2025

رقم الاستدراج:

التاريخ: 09/04/2025

الشركة:

تلفون:

إيميل:

BR2425-000664

استدراج عروض أسعار: الرجاء تزويدنا بأسعار اللوازم التالية شامل لضريبة القيمة المضافة:

#	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	السعر	اجمالي تكلفة البند	مدة التوريد
1	Voltage	AC12V-24V	عدد	3		
	Power Consumption	7-10W (Rated powr24W)				
	Light Intensity	min≤7000lux,max≥56000lux				
	Pattern Size	85*160				
	Color Temperature	4000-5700k				
	Ra	≥92%				
	Shadowless solution	< φ2				
	Eye intensity	200lux				
	Operating method	Toggle and sensor switch				
	Sensor distance	20-80mm				
	Net weight	1.85kg				

دولار

المجموع الكلي (ش.ض)

*مرفق صورة توضيحية

ختم وتوقيع المورد:

تعليمات الاستدراج

** آخر موعد لتسليم العروض هو يوم:	الأربعاء
** الموافق:	16/04/2025
** طبيعة البنود المطلوبة:	LED LIGHT FOR DENTAL UNIT
** بعملة:	دولار
** الأسعار تشمل التوصيل ل:	الحرم الرئيسي - جنين
** نوع التوريد:	توريد كامل
** يرجى إرسال العرض ب:	بالظرف المغلق

شروط الاستدراج:

** ضرورة تحديد مدة الكفالة إن وجدت.

** ضرورة تحديد مدة التوريد من تاريخ استلام امر الشراء، وفي حال عدم الالتزام يتم فرض غرامة تأخير.

** ختم وتوقيع المورد المعتمد على هذا النموذج، وكتابة رقم الاستدراج واسم الشركة كما هو مسجل لدى الضريبة على الظرف.

** للمراجعة والاستفسار بخصوص المواصفات يرجى الاتصال على هاتف 042418888 رقم داخلي 1481



** للمراجعة والاستفسار بخصوص المواصفات عن طريق فاكس 042510972 أو بريد الكتروني manal.daraghmah@aaup.edu
** لمشاهدة العطاءات والاستدراجات، يرجى الدخول الى الرابط <http://www.aaup.edu/tenders>

مدير دائرة اللوازم و المشتريات

